

# 单一来源论证专家签到表

项目名称：肛肠科高清电子反转肠镜采购

2022年9月1日


姓名	单位	职称/职务	电话
孟山	通城县中医院	主治医师	13886033457
李洁	湖北东江咨询公司	工程师	15072229320
李新伟	中裕安公司	,,,	13317555701

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：李洁	
	职称：工程师	
	工作单位：湖北永汇工程造价咨询有限公司	
项目信息	项目名称：肛肠科高清电子反转肠镜采购	
	供应商名称：武汉福来康医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>1. 原使用电子影像处理机型号为宾得EPK-i5000。该设备技术成熟，(详所如，目前)采购需求是在现有主机上增配一条电子结肠镜。</p> <p>2. 为保证与该主机接口兼容，软件适配及后期服务的连贯性，应采购与原主机相配套的镜身。</p> <p>3. 根据《政府采购法》第三十一条第一项规定，只能从唯一供应商处采购，该次符合此项规定。</p> <p>综上所述：建议采用单一来源采购方式。</p>	
专业人员签字	李洁	日期 2022. 9. 1

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 高峻飞
	职称: 主任医师
	工作单位: 襄阳市中心医院
项目信息	项目名称: 肛肠科高清电子反转肠镜采购
	供应商名称: 武汉福来康医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>该院原用宾得电子内镜系统 (EPK-15000) 由于内镜不够, 无法满足临床需求, 现拟扩增一台与之配套的规格为 EC 34-110TM 的电子结肠镜。</p> <p>由于电子内镜各厂家镜体不能互相兼容, 为保证临床诊断准确性, 设备的适配性。建议从宾得公司授权该项目的唯一授权代理商: 武汉福来康医疗器械有限公司采购。</p> <p>该项目符合政府采购法第三十一条第一款之规定, 建议采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;">  </div> <div style="width: 35%;">                     日期 2022.9.1                 </div> </div>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 赵新伟	
	职称: 工程师	
	工作单位: 中房集团武汉房地产开发有限公司	
项目信息	项目名称: 肛肠科高清电子反转肠镜采购	
	供应商名称: 武汉福康医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>鉴于武汉市中医医院现有 EPK-15000 电子影像内镜机新增配高清电子反转肠镜镜体大洲与原主机匹配, 兼容对接, 实现正常使用. 建议采购同品牌高清电子反转肠镜. 采用单一来源采购方式, 符合单一来源采购的条件. 故只能从唯一供应商采购. 政府采购法第三十条.C-规定.</p>	
专业人员签字	赵新伟	日期 2022.9.1

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。